

УТВЕРЖДАЮ:

ООО «ХК «Авангард»

Главный врач

Батушенко Дмитрий Евгеньевич

«30» июня 2025 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку медицинского оборудования**

- 1. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** Поставка медицинского оборудования.
- 2. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРОВ:** 644119, Омская область, г. Омск, ул. Лукашевича, д. 35, G-Drive Арена.
- 3. СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА:** поставка товара осуществляется в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты перечисления предоплаты на расчетный счет Поставщика. Общий объем поставки возможен как одной (единовременной) партией, так и несколькими партиями за счёт средств Поставщика.
- 4. СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТОВАРА:** предоплата в размере не более 50 % от общей стоимости договора в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения договора на основании выставленного счета. Оставшаяся часть – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки товара в полном объеме и подписания товарно-транспортных накладных сторонами.

В итоговую стоимость предложения должны быть включены все возможные расходы: стоимость товара, затраты на погрузку/разгрузку, на поставку товара, упаковку, маркировку, а также прочие расходы, таможенные пошлины, налоги, уплаченные или подлежащие уплате, и другие обязательные платежи.
Затраты, которые не включены в общую стоимость предложения, не будут оплачиваться Заказчиком после поставки товара и будут покрываться Поставщиком за счет общей цены договора.
- 5. ПЕРИОД ФИКСАЦИИ ЦЕН:** цены, указанные в коммерческом предложении, фиксируются и не подлежат изменению в течение срока действия договора.
- 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА:** с момента заключения договора до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.
- 7. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ:**
 - Строгое соответствие требованиям Приложения к Техническому заданию;
 - Товар должен быть качественным, новым, не бывшим в эксплуатации;
 - Товар должен быть в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, разгрузке и хранении;
 - Поставляемый товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать государственным и/или международным стандартам;
 - В случае обнаружения брака или пересорта товара, замена товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика в течение 14 рабочих дней с момента извещения Покупателем.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: Гарантийный срок на товар в соответствии со сроком, установленным производителем.

Дополнение: устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного периода, а также замена некачественного товара производится в срок, не превышающий 14 рабочих дней с момента извещения Покупателем.

9. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ:

- Возраст организации не менее 1 (одного) года;
- Наличие опыта поставки медицинского оборудования и товаров медицинского назначения не менее 1 (одного) года.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:

- Стоимость предложения;
- Срок поставки.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ – Перечень поставляемого оборудования.

Руководитель отделения
административного сопровождения
медицинских служб


_____/Е.В. Ильиных/

Перечень поставляемого оборудования

№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики и комплектность товара	Ед. изм.	Кол- во
1	Монитор пациента Nihon Kohden Vismo PVM-4763	Дисплей – 10.4 дюйма, цветной ЖК, сенсорный. Измеряемые параметры – ЭКГ, дыхание (импеданс), SpO2, НИАД, ИАД, температура x2, CO2, esCCO. Набор аксессуаров для мониторинга, в составе: Кабель отведений ЭКГ на 3 электрода – 1 шт. Кабель ЭКГ соединительный – 1 шт. Электроды ЭКГ одноразовые Vitrode L – 1 уп. (150 шт.) Кабель соединительный SpO2 – 1 шт. Шланг для манжет – 1 шт. Манжета многоразовая (для взрослых стандарт, ширина 13 см) – 1 шт. Кабель питания – 1 шт. Батарея аккумуляторная – 1 шт. Датчик SpO2 пальцевой многоразовый – 1 шт.	комплект	1
2	Столик реанимационный, анестезиологический Med-Mos ET750-01	Габаритные размеры – 82,5×51×99 см. Основание – пластик (толщина 36 мм), лист 5 мм. Стойки – 4 шт. Столешница – 75×48×3,6 см с отверстием для инфузионной стойки и П-образным ограждением из нержавеющей стали (труба Ø 13 мм, высота 6-7 см); ниша-углубление 45×44×1,2 см, высота от пола – 91 см. Стенки – 3 шт. Выдвижные ящики – 5 шт., в каждом 6 съемных перегородок. Колеса – 4 шт., одинарные, из немаркого полиуретана, самоориентирующиеся, с возможностью поворота на 360°; на 2-х передних колесах индивидуальные тормоза с одновременной блокировкой поворота. Инфузионная стойка – из нержавеющей стали и пластика, крючки – 4 шт., высота от пола – 120-205 см. Поворотный столик – 38,5×33,1×3,3 см, на металлической стойке (труба из нержавеющей стали Ø 25 мм), высота: от столешницы 14,5 см, от пола 104 см, вращается на 360°. Выдвижной столик – 27,8×31×3,4 см, с нишей-углублением 23,5×33,5×0,8 см, слева-вверху под столешницей. Держатель для кислородного баллона – с 2-мя ремнями, на задней стенке.	шт.	1
3	Аппарат подогрева крови, кровезаменителей и инфузионных растворов «АМПИР- 01»	Питание: напряжение / частота питания – 110-230 VAC / 50/60 Гц. Диапазон рабочих температур – 34-41,5 °С. Время нагрева – не более 5 мин. Дискретность установления температуры – 0.1 °С. Производительность – до 2000 мл/час. Габаритные размеры – 225 × 195 × 170 мм. Время непрерывной работы – 24 ч.	шт.	1

4	Шприцевой насос Fresenius Injectomat MC Agilia	Графическое отражение истории – объем/введенная доза, давление, скорость. Встроенная батарея (NiMH). Время работы от батареи – 12 часов при скорости инфузии 5 мл/ч. Максимальная скорость болюса – 1200 мл/час. Количество режимов инфузии – 3. Экран – 3". Размеры (ШхВхГ) – 345х135х170 мм.	шт.	1
5	Инфузионный насос Fresenius Volumat Agilia	Время работы от аккумулятора – 8 часов. Скорость инфузии – 0,1-1200 мл/час. Инфузионные в/в системы – закрытые. Максимальная скорость болюса – 1200 мл/час. Количество режимов инфузии – 5. Экран – 3". Размеры (ШхВхГ) – 190х135х170 мм.	шт.	1
6	Система настенная для газоснабжения Linea I (1,5 метра) реанимация	Комплектность настенной системы: Ночное LED- освещение в профиле с выключателем на консоли, переключатель вкл/выкл, розетка 220 В (тип: Peha) с защитной крышечкой (белая), контакт выравнивания потенциалов (*2), сетевая розетка двойная, тип RJ 45 Cat6, сетевая розетка, тип USB 45, отверстие под установку розеток, газовых розеток O2 (кислород), газовых розеток Air (сжатый воздух), газовых розеток VAC (вакуум)	комплект	2
7	Система настенная для газоснабжения Linea N (1,5 метра) реабилитация	Комплектность настенной системы: Свет для чтения LED (4000 K) с выключателем на консоли (560мм), переключатель вкл/выкл, розетка 220 В (тип: Peha) с защитной крышечкой (белая), контакт выравнивания потенциалов (*2), сетевая розетка двойная, тип RJ 45 Cat6, сетевая розетка, тип USB 45, отверстие под установку розеток, газовых розеток O2 (кислород)	комплект	5

**Руководитель отделения
административного сопровождения
медицинских служб**

 /**Е.В. Ильиных**/